

**ESCLARECIMENTOS SOBRE TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL 027/2023**

1 mensagem

Licitação **DIAGGOIÁS** <licitacao@diaggoias.com.br>
Para: cpl.luziania@gmail.com

27 de setembro de 2023 às 08:07

Prezado Washington,

Ótimo dia, espero que esteja bem.

Referente ao **Pregão Presencial 027/2023** com o objeto - Locação de equipamentos para os setores de bioquímica e hematologia – surgiram algumas dúvidas que seriam necessárias serem esclarecidas para que possamos estruturar nossa proposta corretamente.

NO ANEXO I – APÊNDICE II – PARÂMETRO DE PREÇOS (anexo), todos os itens foram descritos com uma estimativa aproximada de testes que serão realizadas no período de 12 meses. No entanto o item 01 referente ao analisador hematológico, foi descrito apenas a quantidade de reagentes necessários. Acontece que, cada marca possui seu conjunto de reagentes específicos e conseqüentemente com seus rendimentos especificados pelo fabricante. Por isso estimar a quantidade de frascos não é suficiente para uma locação eficiente. É preciso uma quantidade de testes (hemogramas) mesmo que aproximada para que assim cada um contabilize a quantidade de reagentes necessárias para realizar a totalidade de exames estimadas.

Além disso, no mesmo anexo fica ambígua a interpretação se esse quantitativo está relacionado às duas unidades de cada equipamento ou se este cálculo é unitário.

Por esses motivos, pedimos neste esclarecimentos que nos informe sobre a estimativa anual de hemogramas, assim como nos outros itens e nos informe também se essa quantidade solicitada seriam para os dois equipamentos.

Pela atenção e retorno, agradecemos e nos mantemos à disposição.

Atenciosamente,

Ana Clara Santos

Diaggoiás Diagnósticos Científicos Ltda
Coordenadora de LicitaçõesFone: (62) 3946-4855
licitacao@diaggoias.com.br **PP-027.23-EDITAL-NOVO-ASINADO-19.09.23.pdf**
595K

Ofício nº 1228 /2023 - SMS

Luziânia, 27 de setembro de 2023

Ao Senhor
EDIOMAN ANTONIO GOMES DOS SANTOS
Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitações

Assunto: Resposta esclarecedora para a empresa DIAGGOIÁS sobre o pregão presencial 027/2023.

Senhor Pregoeiro,

Gostaria de agradecer pela oportunidade de esclarecer as dúvidas apresentadas pela empresa DIAGGOIÁS. No que diz respeito ao número de testes (hemogramas) e ao quantitativo de reagentes mencionados no termo de referência, assim como ao número de aparelhos analisadores hematológicos necessários, gostaria de oferecer uma explicação mais detalhada.

Os cálculos que embasam o quantitativo solicitado têm como base a realização de 110.000 testes (hemogramas) anualmente, distribuídos em dois aparelhos analisadores. É importante ressaltar que a descrição dos itens no termo de referência, especificamente no item 13, estabelece que a locação de cada item requer a disponibilidade de dois equipamentos.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente
WASHINGTON SOUZA DE MELO
Data: 27/09/2023 11:56:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WASHINGTON S. DE MELO
Coordenador da Divisão de Análises Clínicas