



Prefeitura Luziania <cpl.luziania@gmail.com>

ESCLARECIMENTO, PE 011/2023

1 mensagem

Bruna Padovan Marcondes <bpadovan@prolife.com.br>
Para: "cpl.luziania@gmail.com" <cpl.luziania@gmail.com>
Cc: Fernanda Rezende <frezende@prolife.com.br>

30 de agosto de 2023 às 17:25

Prezados, boa tarde!

Pedido de esclarecimento,

Ref.: PE 011/2023 – ITEM 4: “CARDIOVERSOR”

para o marcapasso externo é requisitado: “taxa de estimulação entre 30 a 180 bpm no mínimo”. Assim sendo, indagamos, serão aceitas tecnologias que possuem faixa de estimulação ajustável do marca passo de 40 à 170 ppm? Visto que, tais valores abrangem a faixa estipulada.

Aguardo retorno,

Atenciosamente,

**Bruna Padovan Marcondes dos Santos**

Engenheira Biomédica – Especialista de Produtos Licitação

ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

[Av. Prof. Olavo Gomes de Oliveira, 6800](#) – Desm. Murilo Gattini

37561-130 – Pouso Alegre - MG - Brasil

Tel.:0800 606 4698

www.prolife.com.br

Esta correspondência eletrônica contém informações geradas pela ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Seu conteúdo é confidencial e se destina exclusivamente à(s) pessoa(s) endereçada(s). A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas.

Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida.

This electronic message contains information originated by ProLife Equipamentos Médicos Ltda (Brasil).

Its content is confidential and is intended for the use of the addressee(s) only. The unauthorized use, copy or disclosure of this message is expressly prohibited.

If you have received this message in error, please contact the sender immediately, by answering the e-mail and deleting promptly.

