

**BLL COMPRAS**

## Esclarecimentos - Processo 011/2023-FMS - MUNICIPIO DE LUZIANIA

## Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
30/08/2023 10:39	Item 08 – solicita: “Computador (Desktop) Processador: Intel Core i5 8250U; Frequência: 1.60 GHz com Intel Turbo Boost até 3.40 GHz;” Tendo em vista, que em licitações é vetado o direcionamento de marca e modelo sem que haja uma justificativa técnica, conforme Lei 8.666/93 art. 7º, § 5º e no art. 15, § 7º, inc. I, entendemos que serão aceitos processadores AMD desde que atendam as características apresentadas nas especificações do edital. Está correto o entendimento?		Não há arquivo anexado.

## Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

## Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
30/08/2023 17:28	Prezados, boa tarde! Pedido de esclarecimento, Ref.: PE 011/2023 – ITEM 4: “CARDIOVERSOR” para o marcapasso externo é requisitado: “taxa de estimulação entre 30 a 180 bpm no mínimo”. Assim sendo, indagamos, serão aceitas tecnologias que possuem faixa de estimulação ajustável do marca passo de 40 à 170 ppm? Visto que, tais valores abrangem a faixa estipulada. Aguardo retorno, Atenciosamente,		Não há arquivo anexado.

## Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

## Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
30/08/2023 20:55	A Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ: 05.743.288/0001-08, com sede na Rua 104, N°74, Setor Sul, Goiânia-GO, por seu representante legal ao final assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa senhoria, com fundamento nas disposições do Ato de convocação e nas leis N° 10.502/02 e 8.666/93, dentro do prazo legal, oferecer ESCLARECIMENTO ao edital pelas razões de fato e de direito que passa a expor em anexo.	Esclarecimento - PE 11.2023 - Prefeitura Municipal de Luziânia - GO.pdf	<a href="https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/65b59b5cf05146a38e16cb4abc638877.pdf">https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/65b59b5cf05146a38e16cb4abc638877.pdf</a>

## Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.