



## ATA DE HOMOLOGAÇÃO

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023-FMS

Processo Administrativo Nº 2023010630Tipo:

AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: RODRIGO DE BRITO RODRIGUES

Data de Publicação: 27/06/2023 09:53:01

### LOTE 1 - HOMOLOGADO - 04/12/202309:43:40

**Eletrocardiógrafo Digital**

### VALORES UNITÁRIOS

#### FINAIS

Item: 1 Unidade: UN

Marca: COMEN

Modelo: CM

Descrição: Aquisição simultânea de 12 derivações; Modo operacional automático e manual; Formato de registro e impressão através de 03 canais no mínimo. O equipamento deverá possuir memória interna para armazenamento de exames e porta de entrada para cartão de memória SD para transferência de exames de ECG em formato PDF, Xml, Jpeg ou protocolo aberto ; O equipamento deverá possuir teclado alfanumérico de fácil operação e visualização ; Deverá possuir tela de LCD ou LED tamanho mínimo “ 4,5 ” polegadas para a mostragem simultânea das 12 derivações , frequência cardíaca , monitor de ritmo e pré análise do ECG , evitando desperdício no consumo de papel para impressão de exames e repetições dos mesmos. O equipamento deverá possuir modo de análise de resultado do ECG e oferecer no mínimo os seguintes parâmetros de medição automático: Intervalo PR, limite de tempo QRS, intervalo QT/QTc, eixo P/QRS/T, amplitude, Histograma e Tendência. O equipamento deverá possuir filtros ajustáveis de corrente alternada, arritmias, filtro a prova de desfibrilação, filtro para detecção de marcapasso entre outros, a fim de minimizar interferências de funcionamento. Opção para inserir dados do paciente nome, sexo e idade para impressão em conjunto com exame; Ajuste de sensibilidade de no mínimo 5, 10 e 20 mm/mv; O equipamento deverá possuir impressora térmica acoplada para impressões dos exames e disponibilizar portas USB e LAN, para permitir transmissão de dados ao PC ou conexão a outros dispositivos de telemedicina, bem como terminal de aterramento; Na ausência de energia elétrica o equipamento deverá operar com bateria recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos contínuos; Sistema operacional em língua portuguesa software. O equipamento deverá acompanhar os seguintes acessórios: 01 Cabo ECG 10 vias; 06 eletrodos precordiais; 04 eletrodos de membros; 01 rolo de papel; 01 manual de operação; 01 cabo alimentação fonte externa. Registro na ANVISA; Certificado pelo INMETRO e demais causulas constantes no T.R

Quantidade: 2

Valor Unit.: 4.499,00

Valor Total: 8.998,00

### CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 LONDRIHOSP IMPORTACAO E	090	42.650.279/0001-07	7.650,00	4.499,00		Sim
2 CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A	016	03.620.716/0001-80	7.670,25	4.500,00	0,02	Não
3 MTB TECNOLOGIA LTDA EPP	101	01.405.834/0001-40	9.580,00	4.790,00	6,44	Não
4 HOSPCOM EQUIPAMENTOS	108	05.743.288/0001-08	10.500,00	5.001,00	4,41	Não
5 MEDMAX COMÉRCIO DE	093	07.760.277/0003-23	20.000,00	5.264,99	5,28	Não
6 HOSP ODONTO COMÉRCIO	098	36.764.774/0001-36	8.000,00	5.265,00	0,00	Sim
7 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE	072	00.302.007/0001-68	7.500,00	5.739,00	9,00	Não
8 M V R DE SOUZA COMERCIO	056	24.912.303/0001-49	7.670,00	5.740,00	0,02	Sim
9 CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO	147	13.719.523/0001-34	7.670,00	6.900,00	20,21	Sim
10 INFOKO COMERCIO E SERVIÇOS	051	28.790.815/0001-30	7.644,00	7.490,00	8,55	Sim
11 HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA	047	30.749.060/0001-72	7.600,00	7.600,00	1,47	Sim
12 COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITAL	034	46.093.723/0001-83	7.670,00	7.670,00	0,92	Sim

### DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------

### MEINABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 3 - HOMOLOGADO - 04/12/202309:43:40****Negatoscópio****VALORES UNITÁRIOS****FINAIS**

<b>Item:</b> 1	Unidade: UN	Marca: OURO VERDE OV.767	Modelo: OURO VERDE OV.767
Descrição: Negatoscópio 02 corpos; para 2 filmes de 18 X 24 cm - Constituído em chapa de aço inoxidável AISE 304; Fundos e laterais sem emendas; Para Fixação em parede; Luminosidade através de lâmpadas de 15w com acionamento individual; Superfície frontal em acrílico, translúcido e branco leitoso; A Fixação das radiografias é feita na parte superior de cada corpo; Moldura em chapade aço inoxidável; Acabamento sem rebarbas e saliências; Peso máximo 8 kg; Alimentação 220 volts – 60 Hz. Identificação do fabricante timbrada na peça. Garantia de 1 ano no mínimo; Registro na ANVISA			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 550,00	<b>Valor Total:</b> 1.100,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M V R DE SOUZA COMERCIO	032	24.912.303/0001-49	763,00	550,00		Sim
2 OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE	084	22.228.679/0001-03	760,00	590,00	7,27	Sim
3 COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITAL	147	46.093.723/0001-83	763,00	600,00	1,69	Sim
4 CIRURGICA AURORA PRODUTOS	006	37.721.018/0001-92	763,00	650,00	8,33	Sim
5 INFOKO COMERCIO E SERVIÇOS	144	28.790.815/0001-30	762,60	670,50	3,15	Sim
6 PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES	008	29.700.587/0001-23	1.973,16	1.199,99	78,97	Sim
7 HOSP ODONTO COMÉRCIO	115	36.764.774/0001-36	1.200,00	1.200,00	0,00	Sim
8 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE	096	00.302.007/0001-68	1.400,00	1.400,00	16,67	Não

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	
<b>MEINABILITADOS</b>						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

**LOTE 4 - HOMOLOGADO - 04/12/202309:43:40****Ultrassom Diagnóstico sem aplicação transesofágica****VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 1	Unidade: UN	Marca: MINDRAY	Modelo: DC-60 / ANVISA: 80943610066
Descrição: Características mínimas: Equipamento de ultrassonografia com análise espectral Doppler para diagnóstico por imagem, sistema com tecnologias avançadas para melhor definição e desempenho. Transportável com sistema de rodízio e travamento nas quatro rodas. Possuir imagem composta, imagem harmônica de pulso invertido, imagem trapezoidal, imagem panorâmica em temporeal e Elastografia. Pacotes de medidas para Geral, Cardiologia, Obstetrícia, Ginecologia, Urologia, Vascular, Pequenas Partes e Pediátrica. Ampla linha de transdutores de banda larga multifrequenciais. Possibilidade de 4D em tempo real com HQ e aplicativo para visualização do exame em tempo real em PC (com possibilidade de outros aparelhos eletrônicos portáteis). Possibilidade de exibição tomográfica por ultrassonografia. Pacote de anotação padrão empotuguês. Body Mark (marca de corpo). Possuir 3 portas de sondas ativas. Teclas do painel iluminadas interativas. Painel touch screen capacitivo de no mínimo 10 polegadas para ajuste de funções mais usadas promovendo um ganho de produtividade. Sensibilidade Doppler, alta penetração e alta frequência de repetição de pulsos. Resolução de imagens bidimensionais, com funções avançadas de otimização. Possibilidade de comunicação WIFI, Bluetooth, FTP e DICOM 3.0. Possibilidade de tecnologia de envio de imagens por email, direto do equipamento de ultrassom. Possuir 2D steer, Auto IMT, Auto Trace em modo PW e CW, Auto NT, Auto OB (medição automática de BPD, OFD, HC, AC, FL), AutoInverte (direção de fluxo e doppler), Auto Fólculo em modo 2D e 3D com aplicação volumétrica. Zoom em tempo real e imagem congelada (Freezer), Zoom em Doppler e Modo Tríplice. Exibição do exame em tela cheia em tempo real e em imagem congelada. Faixa dinâmica de no mínimo 280 dB. TGC com 8 potenciômetros deslizantes de ajustes. Possuir compensação de ganho lateral. Botão de otimização de imagem em um único toque para imagem modo B e Doppler. Tecla de atalho para acesso às imagens do paciente em um único toque. Possuir software de contraste de agulha para procedimentos de biópsia ou anestesia. Ajuste de presets personalizados. Modo B, M, PW, Color, PDI, DPDI, 2B, 4B, B BC (Modo Dual Live em tempo real), Duplex, Tríplice. Possibilidade de Modo CW, M Color, M Anatômico, TD (Doppler tecidual), TVI (imagem de velocidade do tecido), Stress Echo, Auto EF, ECG. Ajuste automático do espectro Doppler (PRF e linha de base) em um único toque. Exibição do Modo B, Color e PW com rastreamento autom			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 130.997,00	<b>Valor Total:</b> 261.994,00

**CLASSIFICAÇÃO**



Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 HOSPCOM EQUIPAMENTOS	104	05.743.288/0001-08	149.746,00	130.997,00		Não
2 HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA	078	30.749.060/0001-72	149.700,00	147.800,00	12,83	Sim
3 M V R DE SOUZA COMERCIO	093	24.912.303/0001-49	149.746,00	149.746,00	1,32	Sim

#### DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LONDRIHOSP IMPORTACAO E	135	42.650.279/0001-07	149.000,00	129.100,00		Sim

#### INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO	141	13.719.523/0001-34	149.000,00	129.001,00		Sim
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITAL	092	46.093.723/0001-83	149.746,00	148.000,00	14,7278	Sim

### LOTE 6 - HOMOLOGADO - 04/12/2023 09:43:40

#### Colposcópico

#### VALORES UNITÁRIOS

#### FINAIS

Item: 1 Unidade: UN

Marca: Medpej

Modelo: PE7000FR

Descrição: Especificação Básica: Caracterização de Utilização: Equipamento utilizado para visualização do colo uterino, útero e genitália, durante a realização de exames tais como a prevenção do câncer e o diagnóstico de doenças ginecológicas.

\*Características de Construção: - Material construtivo da estativa: ferro, aço ou similar; - Base de fixação da estativa: montada sobre rodízios com trava (3 a 4 rodízios); - Pintura epóxi a 250°C permitindo alta resistência e evitando corrosão. \*Dimensões físicas aproximadamente: - (LxPxA) 50x50x130 cm; \*Parâmetros e faixas de ajuste: - Chave liga-desliga com lâmpada-piloto para indicar sistema de iluminação ativado; \*Sistemas e dispositivos de segurança: - o corpo do colposcópico deve ser móvel com possibilidade de ajuste de tensão de inclinação e rotação, sistema de trava e posicionamento de segurança. \*Outros recursos (recursos mínimos): - Cabeça óptica estereoscópica com regulagem de altura e distância; - Imagem de alta definição obtida através de prismas e lentes decristal - Tubo binocular; - Binóculo reto e angulado; - Aumento fixo de 16 vezes proporcionando excelente definição da imagem; - Todos os controles de ajuste devem estar colocados ergonomicamente, permitindo o operador manuseá-los livremente; - O equipamento deverá possuir recurso para regulagem da potência luminosa (por exemplo potenciômetro ou "dimmer") e de proteção contra sobretensão (ex: fusível); - Iluminação através de Led; - Filtro móvel de luz verde; \*Demais características (características mínimas): e demais cláusulas constantes no T.R.

Quantidade: 1

Valor Unit.: 5.000,00

Valor Total: 5.000,00

#### CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS	063	03.155.958/0001-40	13.000,00	5.000,00		Não
2 INFOKO COMERCIO E SERVIÇOS	099	28.790.815/0001-30	13.295,00	5.299,00	5,98	Sim
3 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE	120	00.302.007/0001-68	13.250,00	6.200,00	17,00	Não
4 COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITAL	105	46.093.723/0001-83	13.266,00	7.792,00	25,68	Sim
5 OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE	004	22.228.679/0001-03	13.260,00	9.618,00	23,43	Sim
6 CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO	059	13.719.523/0001-34	13.200,00	13.200,00	37,24	Sim
7 HOSP ODONTO COMÉRCIO	072	36.764.774/0001-36	15.900,00	15.900,00	20,45	Sim

#### DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

#### MEINABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

Luziânia-GO, 04 de dezembro de 2023

**GONÇALO HENRIQUE DE SOUSA**  
Secretário Municipal de Saúde

