

Goiânia, 11 de Dezembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023
PROCESSO Nº 2023010643
ABERTURA DIA 14/12/2023 ÀS 08:30 HORAS

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

À Comissão Permanente de Licitação

A **HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, registrada no CNPJ nº 05.743.288/0001-08, situada na rua 104, nº74, setor sul, Goiânia – GO, vem por meio desta, solicitar respeitosamente, esclarecimento em conformidade, com o Edital que tem como objeto é **“Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Hospital Municipal do Jardim do Ingá, a fim de atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZIÂNIA / GO”**.

Senhores, ao analisarmos o Edital, notamos a necessidade de **esclarecimento ao item 04**.

Esclarecemos o presente processo, no **item 04 – CARDIOVERSOR**.

Notamos a necessidade de fazermos um esclarecimento, visando assegurar a participação e a isonomia entre as propostas.

Abaixo elencamos o ponto a ser esclarecido:

Referente a solicitação “A POSSIBILIDADE FUTURA DE SPO2, PIN E CO2 MAINSTREAM;” questionamos se serão aceitos cardioversores que possuem a possibilidade do uso de tecnologia de Capnografia microstream, por se tratar de um equipamento para o setor de emergência, a análise por amostra de CO2 traz uma maior confiabilidade e exatidão dos valores apresentados pelo paciente, outro benefício desta tecnologia é que o custo do acessório em questão, atualmente o acessório mainstream possui um valor agregado de em média 15 mil reais, sendo um sensor de extrema sensibilidade, logo sabemos que na emergência o manuseio dos acessórios é de alta rotatividade, e se o acessório em questão for danificado gera um custo alto para a instituição, já quando falamos de tecnologia microstream, seu acessório é apenas uma linha de amostragem, que apresenta um menor custo em sua aquisição gerando melhor custo benefício para a instituição. Entendemos que a aquisição deste item tem como objetivo melhorar o cenário de unidade intensiva com equipamentos de qualidade, então se for acatado a possibilidade de usarmos uma tecnologia microstream, teremos a avaliação de capnografia por maior tempo.

- CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS

Assim sendo, solicitamos o acolhimento destes esclarecimentos.

Por fim, requer-se que, após a apreciação da presente, a decisão seja remetida, via e-mail para mayara.rodrigues@hospcom.net.

Desde já agradeço a compreensão e aguardo a melhoria do termo de referência publicado.



HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

WEVERTON LUIZ COELHO

Proprietário

RG 3109409 SSP/GO

CPF 633.403.561-49

(62) 3241-5555

licitacao1@hospcom.net