



Processo nº: 2023010643

Destinatário: Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Aquisição de Equipamentos e materiais permanente para Hospital Municipal do Jardim Ingá

Luziânia, 12 de dezembro de 2023.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Vimos por meio deste, responder ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa **HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, referente ao processo administrativo nº 2023010643, pregão eletrônico nº 011/2023-FMS, com as seguintes considerações:

Não será possível aceitar equipamento com a tecnologia capnografia microstream, tendo em vista que a descrição do termo de referência requer a tecnologia mainstream.

Portanto as propostas deverão ser apresentadas em estrito cumprimento a descrição editalícia.

Ressaltamos que a descrição não limita a concorrência, permitindo que os interessados com equipamentos característicos com a tecnologia mainstream possam participar do certame licitatório.

Insta salienta que o parâmetro de preço foi obtido a partir de cotações de equipamentos com a tecnologia mainstream, e caso haja modificação de tal requisito, poderá privilegiar os concorrentes cujo equipamento têm a tecnologia microstream, além de não permitir a administração pública adquirir o equipamento com a tecnologia desejada.

Por fim esclarecemos que a tecnologia é encontrada em diversas marcas de equipamentos no mercado, o que mais uma vez não restringi a competição.

LARISSA FERNANDES GONÇALVES
Assessoria de Gestão e Planejamento