

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2025**

À

**Comissão de Licitação**

**Fundo Municipal de Saúde de Luziânia – GO**

**Ref.: Pregão Eletrônico nº 27/2025**

**Objeto: Aquisição de equipamentos médicos – Itens 4 e 6**

A empresa MTB TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.405.834/0001-40, com sede na Rua José Carvalho Vieira, 215 B – Cachoeira de Minas – MG – CEP 37545-000, neste ato representada por seu representante legal Sr. Erick Yuki Hiratsuka, CPF nº 321.985.398-61, vem, tempestivamente e respeitosamente, conforme preconizado, em tempo hábil, à presença de Vossa

**Ref.:**

**Item 4 – Monitor**

No descritivo é solicitado "Deve monitorizar parâmetros de QT/QTc". Sabendo que, a análise QT/QTc é comumente encontrada em eletrocardiogramas, e que tal medida pouco precisa para diagnósticos, indagamos, serão aceitas tecnologias que realizem apenas a análise ST em todas as derivações? Uma vez que, tal configuração afunila a competitividade do certame. Além disso, em relação aos acessórios são solicitados "1 (uma) extensão para sensor de SpO2, 1 (um) sensor de SpO2 reutilizável adulto;" assim indagamos, serão aceitos equipamentos que possuem sensor de SpO2 do tipo inteiriço?

**Item 6 - Monitor**

No descritivo é solicitado "Deve monitorizar parâmetros de QT/QTc". Sabendo que, a análise QT/QTc é comumente encontrada em eletrocardiogramas, e que tal medida pouco precisa para diagnósticos, indagamos, serão aceitas tecnologias que realizem apenas a análise ST em todas as derivações? Uma vez que, tal configuração afunila a competitividade do certame. Além disso, em relação aos acessórios são solicitados "1 (uma) extensão para sensor de SpO2, 1 (um) sensor de SpO2 reutilizável adulto;" assim indagamos, serão aceitos equipamentos que possuem sensor de SpO2 do tipo inteiriço? Por fim, quanto ao parâmetro de capnografia é solicitado tecnologia do tipo sidestream, porém, além das linhas de amostra é solicitado 1 adaptador de vias aéreas, assim indagamos, a capnografia de ser do tipo sidestream com linhas de amostra ou mainstream com adaptador de vias aéreas?

Cachoeira de Minas, 16 de julho de 2025.

Por seu representante legal:



**Erick Yuki Hiratsuka**  
**Representante Legal**  
**RG 30.543.863-3 SSP/SP**  
**CPF 321.985.398-61**